

Order: E-25-036164
Datum ontvangst: 14/07/2025
Rapport datum: 17/07/2025
Status: Definitief rapport

DLV
koolmijnlaan 201
3582 Beringen

Analysecertificaat

Overzicht

Onze referentie	Externe referentie ^(k)
E-25-036164/01	25-33091 - Braecke - Afvalwater

Resultaten

E-25-036164/01	25-33091 - Braecke - Afvalwater
Matrix:	Afvalwater
Datum monstername:	14/07/2025
Monsternameverslag:	beschikbaar - zie bijlage
Bemonstering door:	Eurofins ECCA
Locatie monstername:	Lozingspunt afvalwater
Temperatuur bij monstername:	19.7 °C
Uur van bemonstering (uur):	09
Uur van bemonstering (min):	16
Verpakking:	Plastic verpakking
Aantal recipiënten:	1
Staat van het staal:	conform CMA/1/B of WAC/1/A/010
Bemonstering klant DLV: ^(k)	Bemonstering door klant van DLV

Parameter	Resultaat	Eenheid	m	M
Ogenblikkelijke staalname water	uitgevoerd			
SOP: LE-MS-0100 (Q-E) - Norm: WAC/II/A/003, ISO 5667-1,2,4,6 en 10				
Methode: zie monsternameverslag				
				Startdatum: 14/07/2025
Ontsluiting metalen (leefmilieu)	X			
SOP: LE-MET-2000-A (Q-E) - Norm: CMA/2/II/A.6.1 - WAC/III/B/002 - ISO 15587				
Methode: ontsluiting van de elementen via aqua regia destructie met digiprep				
				Startdatum: 16/07/2025
Kobalt (Co)	0.00030	mg/l		
SOP: LE-MET-0002 (Q-E) - Norm: ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/II/B.5 en WAC/III/B/011				
Methode: ICPMS				
				Startdatum: 16/07/2025



Stefan De Vriese
Business Unit Manager

Legende

(N)Q	analysemethode (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 051-TEST
(N)Q-ECCA btx	Deze analyses werden in onderaanneming uitgevoerd door Eurofins ECCA Btx en (niet) opgenomen in de Belac accreditatie 179-TEST
(N)Q-EXT	uitbesteed naar extern labo (niet) onder accreditatie (extra informatie vrij op te vragen via customerservice@labecca.be)
E	analysemethode opgenomen in erkenning VLAREL - bij uitbesteding zie rapport onder VLAREL erkenning in bijlage
W	Laboratorium erkend voor analyses op afval conform: l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets.
U	Uitgebreide meetonzekerheid van het analyseresultaat (i.e. het 95% betrouwbaarheidsinterval) zonder de bijdrage van de monstername. Overige meetonzekerheden kunnen opgevraagd worden.
!	buiten specificatie (zonder rekening te houden met meetonzekerheid)
*	analyse gestart buiten houdbaarheidstermijn
**	monsternamedatum en -uur niet gekend, labo kan niet garanderen dat analyses werden uitgevoerd binnen wettelijke houdbaarheid
m	minimum norm
M	maximum norm
(1)	geschatte waarde
Beoordeling	Elk resultaat (buiten specificatie) dient een risico-evaluatie te ondergaan.
(k)	info verstrekt door de klant

Bovenstaande resultaten hebben uitsluitend betrekking op de hierboven vermelde proefobjecten. Gedeeltelijke reproductie van dit analyseverslag is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Eurofins ECCA. Resultaten zijn van toepassing op het monster zoals ontvangen, tenzij anders vermeld.